

KITS E REAGENTES DE DIAGNÓSTICOS

No período foram analisadas 1.774 amostras de kits diagnósticos, com aumento no número de amostras a partir de 2020, em função dos kits diagnósticos para Covid-19. Destaca-se o percentual de insatisfatoriedade das amostras atingindo 35% no geral em 2020 e 68% em relação às amostras fiscais em 2022. Dado importante para as ações dos órgãos de vigilância sanitária.



AMOSTRAS ANALISADAS

2019	2020	2021	2022
212	460	459	643


DISTRIBUIÇÃO POR RESULTADO ANALÍTICO CONCLUSIVO

Ano/Requerente	Satisfatória	Insatisfatória
2019	81%	19%
2020	65%	35%
2021	79%	21%
2022	89%	11%


DISTRIBUIÇÃO POR MODALIDADE/RESULTADO ANALÍTICO CONCLUSIVO




Fiscal




Orientação



Prévia



Especial



2021

